CN

包装插页

亲爱的顾客
请仔细阅读包装上的宣传页、
因为其中包含重要信息。

MEDIPAC® GmbH
ISO 9001 ISO 13485 ISO 15378

真空瓶

产品: 真空瓶经过灭菌、抽真空处理，并根据《欧洲药典》进行内毒素检测。真空瓶是一种不含任何抗凝剂的收集容器。真空瓶供一次性使用。重复使用会给患者带来潜在风险或给使用者带来感染风险。产品污染可能导致患者受伤、生病或死亡。重复使用可能会损害真空瓶的完整性。

材料: 药用玻璃、天然橡胶、聚丙烯、铝

预期用途: 其目的是暂时吸收血液，血液中富含氧-臭氧混合物，并作为臭氧-氧疗法的一部分重新注入。

用户: 真空瓶可供各科医生使用。病人不能在家中自行使用真空瓶。残疾人也不在预定用户范围内。

患者人数: 真空瓶适用于成年患者，但不包括儿童和孕妇。
儿童和孕妇除外。

禁忌症: 使用真空瓶没有已知的禁忌症。使用该疗法的医护人员必须了解与该疗法相关的禁忌症。

安全说明:

1. 真空瓶用天然橡胶塞密封--如果您对乳胶过敏，请注意这一点。
2. 使用前必须检查和观察患者可能存在的凝血功能障碍、肾功能受损、透析或血液滤过。
3. 遵守一般法律规定和设备制造商的说明。必须始终遵守医疗规章制度。

配件: 输血套件；转移过滤器套件，细菌过滤器 0.2 µ；灌注套件（蝶形）；50/60 毫升一次性注射器

使用说明:

1. 使用前，检查真空瓶是否完好无损，以及运输过程中可能造成的损坏，例如通过目视和声音检查。
2. 根据应用领域的不同，必须遵守制造商对设备和附件的使用说明。
3. 在臭氧-氧气疗法中，通常从正常病人身上抽取约 120 毫升血液，然后将其暴露在约 100 毫升臭氧-氧气混合物中，臭氧浓度最高为 60 微克/毫升。暴露后，轻轻旋转真空瓶，将血液和臭氧-氧气混合物混合。
4. 建议使用带钢尖的输液器，以便更好地刺穿天然橡胶瓶塞。关闭输液器上的滚轮夹，在标有大圆圈的位置刺穿瓶塞。
5. 在瓶塞的十字架上穿刺转移过滤器组。
6. 真空瓶存放在室温下，避免阳光直射。
7. 处理真空瓶时必须遵守当地的相关规定。

包装尺寸: 每包 10 个真空瓶，每个 250 毫升
每包 10 个真空瓶，每个 500 毫升

信息版本: 九月份 2024

STERILE

生产厂家
MEDIPAC GmbH 德国麦迪帕克有限公司
Eduard-Rhein-Strasse 1-3 · 53639 Königswinter Deutschland
电话: +49 / (0) 22 44 / 92 78 42 - 0 · 传真: +49 / (0) 22 44 / 92 78 42 - 40
www.medipac.de · 电子邮箱: info@medipac.de